



SERVICE DE MÉTROLOGIE

METROLOGY DEPARTMENT

BP 50002 - F67701 SAVERNE CEDEX

+ 33 (0)3 88 71 53 10

commercial@zwiebel.fr

www.zwiebel.fr



ACCREDITATION
n°2-1218
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Scope available on
www.cofrac.fr

Cde : 22503737

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° Z25 36047

DÉLIVRÉ A

ARTEMIS MPM LA CROIX SAINT OUEN

ISSUED TO

400 rue des Longues Rayes

60610 LA CROIX SAINT OUEN
FRANCE

INSTRUMENT ÉTALONNÉ

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation **Série de poids de 1 g à 10 kg - totalisant 21 110 g**
Designation **Set of weights 1 g to 10 kg - totalling 21 110 g**

N° de série **B9603**
Serial number

Constructeur **CIBE**
Manufacturer

Marquage **/**
Marking

Identifiant client **/**

Customer identification

Ce certificat comprend 6 Pages.
Incluant un constat de vérification

Date d'émission **05/09/2025**
Date of issue

This document consists of 6 Pages.
Including a verification report

LE SERVICE DE MÉTROLOGIE
THE METROLOGY DEPARTMENT

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS LA FORME DE
FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE INTÉGRAL

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC
PROCESS

LEROUX A.

Responsable laboratoire

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Caractéristiques	Cylindre avec gorge de préhension Poids <= 20g : monoblocs Poids >= 50g : avec cavité d'ajustage
<i>Characteristics</i>	<i>Cylinder with gripping groove Weights <= 20g : solid Weights >= 50g : with an adjustment cavity</i>
Quantité	17
<i>Quantity</i>	
Matière	Acier inoxydable
<i>Material</i>	<i>Stainless steel</i>
Finition	Polissage
<i>Finish</i>	<i>Polished</i>
Conditionnement	Valise
<i>Conditioning</i>	<i>Suitcase</i>

METHODE

METHOD

Les masses ont été étalonnées par comparaison (Méthode de BORDA) aux masses étalons de travail.

The masses were calibrated by comparison (BORDA Method) with working standard weights.

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CONDITIONS

Lieu d'étalonnage	70 Grand'Rue 67700 Saint-Jean-Saverne
Étalon(s) de comparaison :	T1;T2
<i>Comparison standards :</i>	
Comparateur(s) :	CCE20 000S-L;MCM5004;CCE1005;MCM106R
<i>Comparator :</i>	
Logiciel :	CALIMASS R-ETA.LO.LA.1501 v3.2.60.0
<i>Software :</i>	

Nombre de comparaisons effectuées
avec chaque étalon de comparaison : 1

*Number of comparisons made with each
comparison standard mass :*

TRACABILITE METROLOGIQUE

METROLOGICAL TRACABILITY

L'ensemble des équipements ayant un impact sur les résultats sont raccordés selon des procédures internes appartenant au système documentaire couvert par l'accréditation, à partir d'étalons de référence raccordés au système SI.

All equipment having an impact on the results are calibrated according to internal procedures belonging to the documentary system covered by the accreditation, using reference standards calibrated in conformity with the International System of Units SI.

RÉSULTATS

RESULTS

Les résultats indiqués dans ce certificat ne se rapportent qu'aux poids soumis à étalonnage.
Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle.

*The results indicated in this certificate refer only to the weights submitted for calibration.
The results of the measurements are given as conventional value.*

La valeur conventionnelle est définie dans le Document International D28 de l'OIML :

The conventional value is defined by International Document D28 (OIML):

" La valeur conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique de 8000 kg/m³, qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique 1,2 kg/m³, l'opération étant effectuée à 20 °C. "

" The conventional value of a weight is equal to the total mass of the reference weights produced in a material having a density of 8000 kg/m³, which balances that weight, in air having a density of 1,2 kg/m³, the operation being performed at 20 °C. "

Les résultats des mesures ont été corrigés, si nécessaire, pour les ramener aux conditions de référence définies ci-dessus. Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée. Les incertitudes-types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité.

The results of the measurements were corrected, if necessary, in order to bring them to the reference conditions indicated above. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$. The standard uncertainty were calculated in mind the various sources of uncertainty, reference standards, calibration methods, environmental conditions, contribution of the instrument being calibrated, and repeatability.

La délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC-ILAC MRA portant le logotype Cofrac-Etalonnage-ILAC MRA garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.
En dehors des copies de certificats d'étalonnage émis par le laboratoire ZWIEBEL incluant la marque d'accréditation, ZWIEBEL interdit à ses clients de faire référence à son accréditation COFRAC ainsi que l'utilisation du logotype COFRAC-ILAC MRA.

*The issue of a COFRAC-ILAC MRA calibration certificate bearing the logo Cofrac - Calibration-ILAC MRA guaranteed the traceability of calibration measurements to the International System of Units SI.
Apart from copies of calibration certificates issued by the ZWIEBEL laboratory including accreditation mark, ZWIEBEL forbids its customers to refer to its COFRAC accreditation and to use the COFRAC-ILAC MRA mark.*

La traduction de ce document est une traduction littérale. En cas de doute, seule la version Française ou Anglaise devra être utilisée.

The English version of the calibration certificate is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the French original text must be used.

N° série : B9603						
RÉSULTATS D'ÉTALONNAGE						
RESULTS OF CALIBRATION						
Masse nominale <i>Nominal mass</i>	Marquage <i>Marking</i>	Identifiant client <i>Customer identification</i>	Masse conventionnelle <i>Conventional mass</i>	Incertitude <i>Uncertainty (k=2)</i>	Opérateur(s) <i>Operator(s)</i>	Date <i>Date</i>
1 g	ZE45L		0,999 985 g	30 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
2 g	ZE34L		1,999 981 g	40 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
2 g	ZE35L		1,999 969 g	40 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
5 g	ZE74R		4,999 959 g	50 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
10 g	ZG42G		10,000 111 g	60 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
20 g	ZH80K		19,999 962 g	80 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
20 g	ZJ6G		20,000 062 g	80 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
50 g	ZY12J		50,000 072 g	100 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
100 g	ZA87K		100,000 175 g	160 µg	CHEVRIER C.	04/09/2025
200 g	ZE5K		200,000 023 g	300 µg	CHEVRIER C.	03/09/2025
200 g	ZE6K		199,999 930 g	300 µg	CHEVRIER C.	03/09/2025
500 g	ZE74F		499,999 630 g	800 µg	CHEVRIER C.	03/09/2025
1 kg	ZE13J		1,000 000 3 kg	1,6 mg	CHEVRIER C.	03/09/2025
2 kg	ZE39F		2,000 003 0 kg	3,0 mg	AMANN T.	04/09/2025
2 kg	ZE40F		2,000 003 2 kg	3,0 mg	CHEVRIER C.	04/09/2025
5 kg	ZE70C		5,000 004 4 kg	8,0 mg	FILLINGER G.	04/09/2025
10 kg	ZE79B		10,000 006 kg	16 mg	AMANN T.	04/09/2025

Renseignements complémentaires

Complementary information

/ Aucune intervention

CONSTAT DE VÉRIFICATION

Verification report

CONDITION DE VÉRIFICATION

CONDITION OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence Recommandation Internationale OIML R111 (2004)
Reference standard or document

Procédure interne de vérification **R-ETA.PR.LA.9801**
Internal verification procedure

Conditions d'environnement **Sans influence sur le classement**
Environmental conditions No influence on the ranking

Dans la partie constat de vérification, il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) des masses ci-après (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale (EMT) pour la classe de précision X définie dans le texte de référence.

In the verification report part, it was found that the bias error (Ej) masses below (except those not classified), plus the uncertainty of extended calibration (U), is less than the maximum error (MPE) for the X precision class defined in the reference text.

$$|E_j| + U \leq EMT (MPE)$$

N° série : B9603

Masse nominale	Marquage	Identifiant client	Erreur maximale tolérée (EMT)	Classe de précision	Motif de la NC
Nominal mass	Marking	Customer identification	Maximum permissible error (MPE)	Accuracy class	Reason for NC
1 g	ZE45L		100 µg	F1	
2 g	ZE34L		120 µg	F1	
2 g	ZE35L		120 µg	F1	
5 g	ZE74R		160 µg	F1	
10 g	ZG42G		200 µg	F1	
20 g	ZH80K		250 µg	F1	
20 g	ZJ6G		250 µg	F1	
50 g	ZY12J		300 µg	F1	
100 g	ZA87K		500 µg	F1	
200 g	ZE5K		1 mg	F1	
200 g	ZE6K		1 mg	F1	
500 g	ZE74F		2,5 mg	F1	
1 kg	ZE13J		5 mg	F1	
2 kg	ZE39F		10 mg	F1	
2 kg	ZE40F		10 mg	F1	
5 kg	ZE70C		25 mg	F1	
10 kg	ZE79B		50 mg	F1	

